



**Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas**  
**Estado de Minas Gerais**  
Administração 2017/2020

## PUBLICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas torna público o resultado do julgamento dos preços, referentes ao Procedimento nº 123/2020 – Decisão por Adesão a Registro de Preços nº 005/2020.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL PARA APOIO DIAGNÓSTICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19.

**Empresa:**

**KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**

<b>Produto</b>	<b>Unid</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Sub Total</b>
aparelho de raios x, aplicação: para uso radiológico; tipo: fixo, com tecnologia digital (dr) mínimo 50kw; controles digitais microprocessados integrados ao sistema de aquisição de imagem digital; indicações dos parâmetros: kv, mas, no mínimo; faixa de ajustes entre 40 e 125kv (ou intervalo maior); tempo exposição: 5ms (ou menor) a 5s; faixa mas: 0,5 (ou menor) a 500mas (ou maior); seleção automática dos focos fino e grosso; bloqueios de sobrecargas, superaquecimento, falta de filamento; programa anatômico de órgãos para indicação digital de doses por área de interesse; tubo de raios-x, capacidade térmica anodo mínima: 200khu; tamanhos focais máximos 0,6mm foco fino e 1,2mm foco grosso; potências focais mínimas: 27kw (foco fino) e 50kw (foco grosso); rotação anodo mínimo: 3.000rpm; capacidade térmica do conjunto, mínimo: 1.200khu; 01 painel detector de imagem digital wireless e cintilador de iodeto de cézio (csi), cadolínio ou drz, detector plano com dimensões aproximadas de 35x43cm ou maior, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas; matriz (mínimo): 1.990x2.430pixels; pixel (máximo): 175µM; conversor a/d 14bits; 02 baterias de lítio; sendo uma backup; hd mínimo 500gb; monitor led 19 polegadas touch screen; leitor/gravador de cd/dvd; armazenamento mínimo: 10.000 imagens;	Und	01	R\$ 209.000,00	R\$ 209.000,00



**Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas**  
**Estado de Minas Gerais**  
Administração 2017/2020

estação de trabalho independente com todos sws disponíveis no console principal, com nobreak; realizar exames emergenciais, sem cadastrar paciente; pacote dicom 3.0 com: print, storage, modality worklist. tampo: largura aprox: 0,75m 0,90m; comprimento aprox: 2,10m a 2,40m; estativa porta-tubo tipo chão-teto ou chão/chão; movimento horizontal mínimo 150cm, distância sid máxima da mesa ao ponto focal mínimo: aprox 120cm; movimento vertical mínimo 125cm; rotação do tubo no eixo vertical, mínimo: /-90°, angulação do tubo: -120° a 120, mural bucky com deslocamento vertical de pelo menos 105cm; grade antidifusora fixa 8:1 ou 10:1 com mínimo 100 linhas/polegada e distância focal de 100 a 180cm; freio eletromagnético para movimento vertical; mesa bucky dimensões mínimas do tampo homogêneo: 200x70cm; tampo movimento longitudinal mínimo: 60cm e transversal 20cm; capacidade carga: mínimo 200kg; indicação centralização do tampo/bucky; deslocamento mínimo do bucky: 37cm; freios eletromagnéticos para travamento do tampo e bucky; bucky com grade antidifusora fixa 8:1 ou 10:1 com mínimo 100 linhas/polegada; alimentação trifásica 220/380v - 50/60 hz; nobreak compatível ou interno ao equipamento; incluso instalação				
<b>Valor Total:</b>				<b>RS 209.000,00</b>

Rio Pardo de Minas – MG, 21 de setembro de 2020.

Deolino José dos Santos  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação